


Coller l'étiquette « test à vide » Stericode		ASSISTANT(E) DENTAIRE : (Nom + Signature)		STERILISATEUR Type Classe B Marque : N° A ou 1 N° B ou 2 Cycle : « PRION » 134°C 18mn	
TEST A VIDE (1 fois par semaine / Tous les lundis matins)		TEST HELIX (Cycle 134°C 3,5 mn) Seul dans un sachet au milieu de la cuve 1 fois par jour AVANT le premier cycle		OU	TEST HELIX (Cycle 134°C 18 mn) dans un sachet au milieu de la cuve avec les DM 1 fois par jour AVEC le premier cycle
<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON (nettoyer le joint et relancer un test)  <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON (appeler le S.A.V.)		Virage uniforme de la couleur Validé <input type="checkbox"/> (Joindre le test) Non validé <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Coller la languette Helix</div>		Virage uniforme de la couleur Validé <input type="checkbox"/> (Joindre le test) Non validé <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Coller la languette Hélix</div>	
N° Cycle autoclave	Etiquettes Stericode	Contrôles paramétriques à la fin de chaque cycle		Intégrateur physico-chimique Classe 6 Placé à chaque charge dans un sachet	
N°	Coller l'étiquette du « cycle prion » Stericode	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Température ≥ à 134°C <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Durée palier ≥ à 18 min <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Pression relative ≥ à 2 bars Test passage <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Siccité <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		Collez l'intégrateur PRION pour cette charge	
N°	Coller l'étiquette du « cycle prion » Stericode	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Température ≥ à 134°C <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Durée palier ≥ à 18 min <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Pression relative ≥ à 2 bars Test passage <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Siccité <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		Collez l'intégrateur PRION pour cette charge	
N°	Coller l'étiquette du « cycle prion » Stericode	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Température ≥ à 134°C <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Durée palier ≥ à 18 min <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Pression relative ≥ à 2 bars Test passage <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Siccité <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		Collez l'intégrateur PRION pour cette charge	
N°	Coller l'étiquette du « cycle prion » Stericode	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Température ≥ à 134°C <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Durée palier ≥ à 18 min <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Pression relative ≥ à 2 bars Test passage <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Siccité <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		Collez l'intégrateur PRION pour cette charge	

N°	Coller l'étiquette du « cycle prion » Stericode	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Température ≥ à 134°C <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Durée palier ≥ à 18 min <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Pression relative ≥ à 2 bars	Collez l'intégrateur PRION pour cette charge
		Test passage <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Siccité <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	