



PROTOCOLES

Classification de Spaulding

Date création

01/03/26

Date application

01/03/26

Réf

Version : 1.0

La classification de Spaulding selon le type de contact est la référence pour le traitement des dispositifs médicaux : critique, semi-critique et non critique. Cette classification met en relation le niveau de criticité du matériel, le niveau de risque infectieux et le niveau de traitement minimum requis.

Cette classification impose le choix des méthodes de stérilisation ou de désinfection après un soin pour chaque malade et pour chaque dispositif médical.

- catégorie critique => usage unique ou stérilisation des dispositifs médicaux à usage multiple

Cette catégorie concerne tout matériel ou dispositif médical qui, au cours de son utilisation, pénètre dans des tissus ou cavités stériles (après effraction muqueuse ou osseuse) ou dans le système vasculaire du malade. Ces instruments sont classés comme à haut risque de transmission d'infection et seront à usage unique ou stérilisés après chaque usage. A défaut, une désinfection de haut niveau est possible et concerne les dispositifs ne pouvant être stérilisés du fait de leur thermosensibilité.

- catégorie semi-critique => désinfection de niveau intermédiaire

Cette catégorie concerne certains instruments en contact avec la muqueuse buccale et la salive. Ils sont classés comme présentant des risques médians et doivent être désinfectés par une désinfection que l'on qualifiera de niveau intermédiaire (NI). Cette désinfection fera appel à un désinfectant* ou un procédé bactéricide, fongicide, virucide et mycobactéricide ou tuberculocide. Il est également possible de leur appliquer un niveau de traitement supérieur comme pour ceux de la catégorie critique : stérilisation ou usage unique. En chirurgie dentaire, les instruments de cette catégorie sont, le plus souvent, stérilisables à l'autoclave, comme par exemple le miroir d'examen.

- catégorie non critique => désinfection de bas niveau

Les dispositifs sans contact direct avec le patient (notamment sa cavité buccale) ou en contact avec la peau saine du patient sont classés comme non critiques car le risque infectieux direct est faible mais la contamination de ce matériel peut faciliter la transmission croisée. Ils relèvent d'une désinfection que l'on qualifiera de bas niveau et qui a une action bactéricide et fongicide. Un produit détergent-désinfectant* peut être utilisé dans ce cas.