

	<h1>PROTOCOLES</h1> <h2>Utilisation BLEPHAROSTAT à usage unique</h2>	
	Date création	01/03/26
	Date application	01/03/26
	Réf	
		Version : 1.0



Le **blépharostat** (instrument utilisé pour maintenir les paupières ouvertes) doit être éliminé dans la **boîte OPCT** (Objets Piquants, Coupants, Tranchants).

### boîte OPCT

Même si un blépharostat n'est pas "piquant" comme une aiguille, il est considéré comme un objet **tranchant ou vulnérant** par sa nature métallique et ses extrémités. Selon la réglementation sur les **DASRI** (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux), tout instrument métallique qui peut potentiellement blesser ou qui a été en contact avec des muqueuses/fluides doit être sécurisé.

- **Le risque** : S'il est jeté dans un sac DASRI mou (jaune classique), il peut perforer le sac et blesser le personnel chargé de la collecte ou du traitement.
- **La règle** : Tout ce qui est rigide, pointu ou coupant va dans le collecteur rigide (boîte jaune à couvercle vert ou jaune).

## Dispositifs médicaux à usage unique

Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être re-stérilisés. Leurs caractéristiques pourraient être altérées par une stérilisation à l'autoclave. Les dispositifs médicaux à usage unique (UU) peuvent appartenir aux DASRI ou aux OPCT